Hygrometer

Verantwortlicher:

Hygrometer alle 3 - 4 in feuchtem Tuch befeuchten (Bedienungsanleitung)



ABC-ErkKW

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift

IMS-Akku laden

Verantwortlicher:

Akku des IMS alle 3 Wochen laden bis grüne Diode blinkt (ca. 4 - 8 Stunden)



ABC-ErkKW

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift

IMS ausheizen

Verantwortlicher:

Gaseingang des IMS alle 3 - 4 Wochen für ca. 120 min ausheizen



ABC-ErkKW

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift

PID-Kalibrierung

Verantwortlicher:

PID alle 10 -12 Wochen entsprechend Bedienungsanleitung kalibrieren



ABC-ErkKW

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift

IMS-Test, SIM-Substanz

Verantwortlicher:

PID alle 6 - 8 Wochen entsprechend Bedienungsanleitung testen



ABC-ErkKW

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift

Mängelliste

Verantwortlicher:

Auftreten und Reparatur aller Mängel dokumentieren



ABC-ErkKW

Datum des Auftretens	Mangel	Unterschrift	Datum der Reparatur